

EL

Ενήλικες
Επαναχρησιμοποίησιμη κουβέρτα υπερ-υποθερμίας
Σύστημα θερμικής ρύθμισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Απαιτείται εντολή από ιατρό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη χρήση για σκοπούς θεραπείας. Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά ή συμφωνα με τις εντολές ιατρού. Οι ασθενείς υψηλότερου κίνδυνου συμπειλαρματικών παιδιών, ασθενών με ευαίσθιαση στη θερμοκρασία και ασθενών των χειρουργικής αιθουσάς, πρέπει να ελέγχονται συχνά.
- Παρακαλούμετε τη θερμοκρασία και την κατάσταση του δέρματος του ασθενούς προσέχοντας ίδιαιτέρα όλες τις οστικές προεξόχεις. Εισοπτήστε τον ιατρό για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς.
- Ακολουθήστε τις εντολές του ιατρού/την πολιτική του νοσοκομείου για τη διαποτή της θεραπείας. Εισοπτήστε τον ιατρό για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλήνες που παρουσιάζουν διάρροη. Οι διάρροες νέρου ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης και πρέπει να τις χειρίζεστε αναλόγως.
- Μην τοποθετείτε πρόσθιτες πτηγές θερμότητας μεταξύ του ασθενούς και του PlastiPad®. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ιατρό.
- Μην εμποδίστε τις οδύσεις υγρών με παρελκόμενα ποτοθεραπητικά. Μπορεί να διακοπεί η θεραπεία του ασθενούς.
- Μην τοποθετείτε πολλές στρώσεις από σεντόνια ή άλλα υλικά που θα εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ της κουβέρτας και του ασθενούς.
- Μη φέρνετε αιχμηρά αντικείμενα σε επαφή με την κουβέρτα PlastiPad® καθώς μπορεί να τρυπήσει. Μη χρησιμοποιείτε κορώτισες για να στερεώσετε την κουβέρτα PlastiPad®.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή περιφερικά κατά τη ολοκλήρωση με αποκλεισμό αρρτής. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θερμική κακωσία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση της παρούσας συσκευής από άδειοδοτημένη επανελαμάτια υγειονομικής περιθώλωψης ή κατόπιν εντολής αυτού.
- Η παρούσα νέρου ή γέλης στην κουβέρτα, ενώ αυτή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να ψύξει τον ασθενή.
- Δεν συνιστάται η χρήση με εγκεκριμένου εξόπλισμού ή σωλήνων. Το PlastiPad® έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί για χρήση με συστήματα θερμικής ρύθμισης CSZ μόνο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επαναχρησιμοποίησιμη κουβέρτα υπερ-υποθερμίας PlastiPad® προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγειονομικής περιθώλωψης της CSZ, συγκεκριμένα το Blanketrol® II, Blanketrol® III, Hemotherm® ή το Norm-O-Temp®, για τη μείωση ή την αύξηση της θερμοκρασίας ενός ασθενούς και/ή τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας ενός ασθενούς με τη μεταφορά θερμότητας μεσων θερμικής ρύθμισης CSZ μόνο.

VORSICHTSHINWEISE
1. Vorsicht: Laut Bundesgesetz darf diese Decke nur von einem zugelassenen Heilberbeiter oder auf dessen Anweisung verkauft werden.

2. Wenn sich Wasser oder Gel auf der Decke befindet, während sie nicht benutzt wird, kann dies den Patienten kühlen.
3. Von der Verwendung von nicht zugelassenen Geräten oder Schläuchen wird abgeraten. Die PlastiPad®-Decke wurde nur zur Verwendung mit CSZ Temperaturregulierungssystemen entwickelt und getestet.

INDIKATIONEN
Die wiederverwendbare PlastiPad® Hyper-Hypothermie-Decke ist für die Verwendung durch geschultes medizinisches Personal als Teil eines Temperaturregulierungssystems von CSZ, insbesondere dem Blanketrol® II, Blanketrol® III, Hemotherm® oder Norm-O-Temp® vorgesehen, um durch konduktive Wärmeübertragung die Körpertemperatur eines Patienten zu senken bzw. zu erhöhen und/oder die gewünschte Körpertemperatur eines Patienten aufrechtzuerhalten.

KONTRAINDIKATIONEN
Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

EINRICHTUNG
1. Die Decke auf dem Bett, der Trage oder dem Operationstisch auseinanderfalten. Dabei den Schlauch ohne Knicke zum Gerät ausrichten. Die Decke vor jeder Verwendung auf Unversehrtheit überprüfen.

6. Metá tην πλήρωση καί την πότοθεραπηση, βεβαιωθείτε ότι η κουβέρτα και ο σωλήνας δεν έχουν στρεβλώσει που μπορεί να περιορίσουν τη ροή του νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος θερμικής ρύθμισης CSZ.

- Για τη διακοπή της θεραπείας: απενεργοποιήστε τη μονάδα του συστήματος ρύθμισης. Το νέρο που βρίσκεται στην κουβέρτα θα αποστραγγίστε αυτόμata πάσσων στη μονάδα. Μετά την πλήρη αποστραγγίση, αποσύνεστε την κουβέρτα από τη μονάδα και αφαιρέστε την από το κρεβάτι, το φορείο ή την τράπεζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1. Καθαρίστε την κουβέρτα με διάλυμα ή πιπέο σαπονιού και νερού. Απολυμάνετε σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου/διρύματος. Η CSZ δεν συνιστά αποστρέψιμη. Μην αποστέρευτε σε αυτόκαυστο.

- Παρακαλούμετε τη θερμοκρασία και την κατάσταση του δέρματος του ασθενούς προσέχοντας ίδιαιτέρα όλες τις οστικές προεξόχεις. Εισοπτήστε τον ιατρό για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς.
- Ακολουθήστε τις εντολές του ιατρού/την πολιτική του νοσοκομείου για τη διαποτή της θεραπείας. Εισοπτήστε τον ιατρό για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλήνες που παρουσιάζουν διάρροη. Οι διάρροες νέρου ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης και πρέπει να τις χειρίζεστε αναλόγως.
- Μην τοποθετείτε πρόσθιτες πτηγές θερμότητας μεταξύ του ασθενούς και του PlastiPad®. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ιατρό.
- Μην εμποδίστε τις οδύσεις υγρών με παρελκόμενα ποτοθεραπητικά. Μπορεί να διακοπεί η θεραπεία του ασθενούς.
- Μην τοποθετείτε πολλές στρώσεις από σεντόνια ή άλλα υλικά που θα εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ της κουβέρτας και του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλήνες που παρουσιάζουν διάρροη. Οι διάρροες νέρου ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης και πρέπει να τις χειρίζεστε αναλόγως.
- Μην τοποθετείτε πρόσθιτες πτηγές θερμότητας μεταξύ του ασθενούς και του PlastiPad®. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ιατρό.
- Μην εμποδίστε τις οδύσεις υγρών με παρελκόμενα ποτοθεραπητικά. Μπορεί να διακοπεί η θεραπεία του ασθενούς.
- Μην τοποθετείτε πολλές στρώσεις από σεντόνια ή άλλα υλικά που θα εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ της κουβέρτας και του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλήνες που παρουσιάζουν διάρροη. Οι διάρροες νέρου ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης και πρέπει να τις χειρίζεστε αναλόγως.
- Μην τοποθετείτε πρόσθιτες πτηγές θερμότητας μεταξύ του ασθενούς και του PlastiPad®. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ιατρό.
- Μην εμποδίστε τις οδύσεις υγρών με παρελκόμενα ποτοθεραπητικά. Μπορεί να διακοπεί η θεραπεία του ασθενούς.
- Μην τοποθετείτε πολλές στρώσεις από σεντόνια ή άλλα υλικά που θα εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ της κουβέρτας και του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλήνες που παρουσιάζουν διάρροη. Οι διάρροες νέρου ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης και πρέπει να τις χειρίζεστε αναλόγως.
- Μην τοποθετείτε πρόσθιτες πτηγές θερμότητας μεταξύ του ασθενούς και του PlastiPad®. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ιατρό.
- Μην εμποδίστε τις οδύσεις υγρών με παρελκόμενα ποτοθεραπητικά. Μπορεί να διακοπεί η θεραπεία του ασθενούς.
- Μην τοποθετείτε πολλές στρώσεις από σεντόνια ή άλλα υλικά που θα εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ της κουβέρτας και του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλήνες που παρουσιάζουν διάρροη. Οι διάρροες νέρου ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης και πρέπει να τις χειρίζεστε αναλόγως.
- Μην τοποθετείτε πρόσθιτες πτηγές θερμότητας μεταξύ του ασθενούς και του PlastiPad®. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ιατρό.
- Μην εμποδίστε τις οδύσεις υγρών με παρελκόμενα ποτοθεραπητικά. Μπορεί να διακοπεί η θεραπεία του ασθενούς.
- Μην τοποθετείτε πολλές στρώσεις από σεντόνια ή άλλα υλικά που θα εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ της κουβέρτας και του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλήνες που παρουσιάζουν διάρροη. Οι διάρροες νέρου ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης και πρέπει να τις χειρίζεστε αναλόγως.
- Μην τοποθετείτε πρόσθιτες πτηγές θερμότητας μεταξύ του ασθενούς και του PlastiPad®. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ιατρό.
- Μην εμποδίστε τις οδύσεις υγρών με παρελκόμενα ποτοθεραπητικά. Μπορεί να διακοπεί η θεραπεία του ασθενούς.
- Μην τοποθετείτε πολλές στρώσεις από σεντόνια ή άλλα υλικά που θα εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ της κουβέρτας και του ασθενούς.
- Το πρώτον δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με ινσοχαμικό ακρό. Μπορεί να προκύψει θερμική κακωσία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουβέρτες ή σωλ

